

EC metr TRUNCHEON

NÁVOD K POUŽITÍ

Přístroj nemusíte kalibrovat, je nakalibrován od výrobce.

Měření

- vložte koncovou elektrodu do testovaného roztoku, aby se senzor aklimatizoval na teplotu roztoku
- vyjměte TRUNCHEON z roztoku a vložte ho zpět na 1-2 vteřiny
- vyjměte přístroj a přečtěte naměřenou hodnotu EC
- v případě, že blikají dvě hodnoty - například 6 a 8, naměřená hodnota je mezi nimi - tzn. 7
- v případě, že jedna hodnota (např.28) zabliká dvakrát a poté hodnota 32 jednou, naměřená hodnota EC je 29
- v případě, že hodnota 28 zabliká jednou a hodnota 32 dvakrát, výsledná hodnota je 31

Čištění a údržba

Doporučujeme čistit přístroj každé 2 až 4 týdny podle frekvence měření.

- sundejte ochranný uzávěr testovací hlavy (spodní část, kterou vkládáte do roztoku) nakapejte pár kapek dostupného čisticího roztoku (nejlépe pepsin - k zakoupení v Growman plains) na testovací hlavu a rozeřete prstem, aby se důkladně pročistila
- nasadte ochrannou čepičku a otestujte TRUNCHEON

Výměna baterií (3x tužková baterie)

- stlačte horní uzávěr (kryt baterií - poutkem) lehce dolů a pootočte do leva. Kryt baterií je otevřen.
- opatrně vyjměte baterie, abyste nepoškodily spojovací drátek
- zkontrolujte baterie a v případě koroze vyčistěte kontakty
- vložte nové baterie, plusovou stranou směrem dolů, minusovou směrem nahoru
- ujistěte se, že těsnicí gumička umístěná na krytu baterií dobře sedí, případně můžete gumičku lehce namáznout vazelínou pro bezproblémové otevírání, zavírání a těsnění
- uzavřete horní uzávěr s poutkem (kryt baterií) - lehce stlačit dolů a pootočít doprava

Možné problémy

TRUNCHEON se vypne (přestane blikat) před naměřením hodnoty.

- vyjměte EC metr z roztoku na 3-5vteřin, poté měření zopakujte

TRUNCHEON neblíká

• vyčistěte testovací hlavu (viz čištění a údržba), v případě, že to nepomůže, vyměňte baterie (viz výměna baterií)

TRUNCHEON měří nízké hodnoty

- vyčistěte testovací hlavu (viz čištění a údržba)